

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2022/12

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.6	-88.2	-86.8
2日	-88.5	-88.2	-86.7
3日	-88.6	-88.3	-86.9
4日	-88.5	-88.3	-86.9
5日	-88.7	-88.1	-86.6
6日	-88.4	-88.1	-86.5
7日	-88.6	-88.0	-86.5
8日	-88.4	-88.1	-86.6
9日	-88.2	-87.9	-86.4
10日	-88.3	-88.0	-86.6
11日	-88.3	-88.0	-86.6
12日	-88.3	-87.8	-85.6
13日	-88.2	-87.7	-86.0
14日	-88.4	-88.1	-86.7
15日	-88.3	-88.0	-86.6
16日	-88.5	-88.2	-86.7
17日	-88.7	-88.4	-87.0
18日	-88.8	-88.4	-87.0
19日	-88.8	-88.2	-86.7
20日	-88.5	-88.0	-86.5
21日	-88.2	-87.9	-86.3
22日	-88.5	-88.2	-86.7
23日	-88.7	-88.3	-87.0
24日	-88.7	-88.2	-86.7
25日	-88.8	-88.5	-87.0
26日	-88.7	-88.2	-86.9
27日	-88.4	-88.1	-86.6
28日	-88.6	-88.1	-86.5
29日	-88.9	-88.5	-87.0
30日	-88.9	-88.4	-87.0
31日	-88.7	-88.4	-87.0
全体	-88.9	-88.2	-85.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年1月4日

検査技師長

山中清史