

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/02

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.5	-87.9	-86.8
2日	-88.2	-87.9	-86.4
3日	-88.5	-88.2	-86.7
4日	-88.7	-88.4	-87.0
5日	-88.7	-88.3	-86.9
6日	-88.8	-88.3	-86.8
7日	-88.6	-88.0	-86.9
8日	-88.3	-87.8	-86.3
9日	-88.3	-88.0	-86.5
10日	-88.5	-88.1	-86.8
11日	-88.5	-88.2	-86.7
12日	-88.9	-88.5	-86.9
13日	-88.8	-88.2	-86.9
14日	-88.4	-88.0	-86.5
15日	-88.3	-87.7	-85.7
16日	-88.6	-88.2	-86.9
17日	-88.5	-88.1	-86.6
18日	-88.6	-88.3	-86.9
19日	-88.6	-88.3	-86.9
20日	-88.7	-88.1	-86.7
21日	-88.7	-88.3	-86.7
22日	-88.9	-88.4	-86.9
23日	-88.7	-88.3	-86.8
24日	-88.3	-87.9	-86.0
25日	-88.4	-88.0	-86.5
26日	-88.5	-88.2	-86.8
27日	-88.5	-88.1	-86.6
28日	-88.3	-88.0	-86.5
全体	-88.9	-88.1	-85.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年3月1日

検査技師長

山中清史