

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/03

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.5	-88.0	-86.4
2日	-88.1	-87.7	-85.8
3日	-88.3	-87.7	-86.3
4日	-88.7	-88.2	-86.6
5日	-88.6	-88.3	-86.8
6日	-88.4	-86.9	-82.9
7日	-88.3	-87.9	-86.4
8日	-88.2	-87.8	-86.2
9日	-88.3	-87.8	-86.3
10日	-88.1	-87.8	-86.4
11日	-88.3	-88.0	-86.3
12日	-88.4	-88.2	-86.7
13日	-88.3	-88.0	-86.7
14日	-88.3	-88.0	-86.5
15日	-89.1	-88.3	-86.7
16日	-88.2	-87.8	-86.4
17日	-88.2	-87.8	-86.2
18日	-88.5	-88.2	-86.8
19日	-88.6	-88.2	-86.9
20日	-88.4	-88.0	-86.5
21日	-88.4	-88.1	-86.6
22日	-88.6	-88.0	-86.8
23日	-88.1	-87.5	-86.1
24日	-88.6	-87.9	-86.2
25日	-89.0	-88.7	-87.0
26日	-89.0	-88.7	-86.9
27日	-89.2	-88.7	-86.9
28日	-89.3	-88.5	-86.9
29日	-88.8	-87.9	-86.1
30日	-88.2	-87.8	-86.0
31日	-88.0	-87.7	-86.2
全体	-89.3	-88.0	-82.9

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年4月3日

検査技師長

山中清史