

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/04

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.1	-87.8	-86.2
2日	-88.1	-87.8	-86.3
3日	-88.2	-87.9	-86.3
4日	-88.3	-87.8	-86.2
5日	-87.9	-87.5	-85.5
6日	-88.5	-88.0	-86.4
7日	-88.6	-88.2	-86.7
8日	-88.7	-88.3	-86.9
9日	-88.8	-88.4	-87.0
10日	-88.8	-88.1	-86.5
11日	-88.4	-88.1	-86.4
12日	-88.6	-88.2	-86.7
13日	-88.5	-88.1	-86.5
14日	-88.3	-88.1	-86.4
15日	-88.6	-88.3	-86.8
16日	-88.7	-88.4	-86.8
17日	-88.5	-88.2	-86.7
18日	-88.4	-88.1	-86.6
19日	-88.4	-88.0	-86.6
20日	-88.3	-88.0	-86.3
21日	-88.5	-88.1	-86.4
22日	-88.6	-88.4	-86.8
23日	-88.7	-88.3	-86.8
24日	-88.5	-88.2	-86.7
25日	-88.5	-88.1	-86.7
26日	-88.4	-87.8	-86.1
27日	-88.5	-88.1	-86.3
28日	-88.6	-88.2	-86.8
29日	-88.6	-88.2	-86.8
30日	-88.6	-88.3	-86.8
全体	-88.8	-88.1	-85.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年5月1日

検査技師長

山中清史