

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/06

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.9	-88.4	-86.8
2日	-88.7	-88.2	-86.5
3日	-89.0	-88.6	-86.9
4日	-89.0	-88.6	-86.9
5日	-89.0	-88.4	-86.8
6日	-89.1	-88.6	-86.9
7日	-89.1	-88.3	-86.9
8日	-88.7	-88.2	-86.5
9日	-88.9	-88.4	-86.8
10日	-88.9	-88.5	-86.9
11日	-88.6	-88.4	-86.8
12日	-88.8	-88.4	-86.8
13日	-89.0	-88.3	-86.9
14日	-88.5	-88.2	-86.7
15日	-88.7	-88.3	-86.7
16日	-88.8	-88.3	-87.0
17日	-88.9	-88.5	-86.9
18日	-88.8	-88.5	-86.9
19日	-89.0	-88.5	-86.9
20日	-88.8	-88.3	-86.8
21日	-88.7	-88.3	-86.5
22日	-88.8	-88.4	-87.0
23日	-88.7	-88.2	-86.6
24日	-88.7	-88.4	-86.9
25日	-88.8	-88.5	-86.9
26日	-88.8	-88.2	-86.7
27日	-88.9	-88.4	-86.8
28日	-88.8	-88.2	-86.9
29日	-88.6	-88.2	-86.7
30日	-88.4	-88.1	-86.5
全体	-89.1	-88.4	-86.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年7月3日

検査技師長

小中清史