

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/07

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-88.6	-88.3	-86.8
2日	-88.7	-88.4	-86.8
3日	-88.5	-88.3	-86.6
4日	-88.6	-88.2	-86.7
5日	-88.5	-88.1	-86.6
6日	-88.3	-87.9	-85.8
7日	-88.4	-87.9	-86.2
8日	-88.4	-88.2	-86.7
9日	-88.7	-88.4	-86.9
10日	-88.8	-88.4	-86.8
11日	-88.7	-88.2	-86.8
12日	-88.3	-88.1	-86.3
13日	-88.7	-88.3	-86.7
14日	-89.0	-88.1	-86.4
15日	-87.9	-87.6	-85.9
16日	-88.0	-87.8	-86.0
17日	-88.2	-87.9	-86.0
18日	-88.3	-87.7	-85.8
19日	-88.3	-87.5	-84.6
20日	-88.4	-87.9	-86.1
21日	-88.2	-87.8	-85.9
22日	-88.3	-88.0	-86.1
23日	-88.5	-88.2	-86.0
24日	-88.4	-87.9	-85.9
25日	-88.4	-88.0	-86.1
26日	-88.3	-87.8	-86.1
27日	-88.3	-87.7	-85.6
28日	-88.1	-87.8	-85.8
29日	-88.3	-88.0	-86.0
30日	-88.3	-87.9	-86.0
31日	-88.3	-87.9	-85.9
全体	-89.0	-88.0	-84.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年8月1日

検査技師長

山中清史