

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/08

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.3	-87.8	-86.1
2日	-88.0	-87.7	-85.7
3日	-88.3	-87.8	-85.8
4日	-88.5	-88.0	-86.1
5日	-88.3	-88.0	-86.1
6日	-88.5	-88.1	-86.2
7日	-88.5	-88.1	-86.2
8日	-88.4	-87.8	-86.1
9日	-88.2	-87.6	-85.1
10日	-88.3	-87.9	-86.1
11日	-88.2	-87.9	-86.1
12日	-88.5	-88.1	-86.2
13日	-88.3	-88.0	-86.1
14日	-88.3	-87.9	-86.1
15日	-88.2	-87.9	-85.8
16日	-88.4	-87.7	-85.1
17日	-88.2	-87.6	-85.9
18日	-88.1	-87.7	-85.5
19日	-88.3	-88.0	-86.2
20日	-88.3	-87.8	-86.1
21日	-88.1	-87.7	-85.7
22日	-88.2	-87.9	-86.1
23日	-88.3	-87.9	-86.1
24日	-88.1	-87.8	-86.0
25日	-88.3	-87.7	-85.6
26日	-88.3	-87.8	-86.1
27日	-88.3	-87.9	-86.0
28日	-88.2	-87.9	-86.1
29日	-88.2	-87.7	-86.2
30日	-88.0	-87.6	-85.9
31日	-88.1	-87.7	-86.0
全体	-88.5	-87.8	-85.1

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年9月1日

検査技師長

山中清史