

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/09

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.3	-87.8	-86.1
2日	-88.2	-87.9	-86.2
3日	-88.3	-88.1	-86.2
4日	-88.5	-87.8	-86.2
5日	-88.3	-87.9	-86.1
6日	-88.4	-88.1	-86.2
7日	-88.5	-87.9	-86.2
8日	-88.1	-87.7	-86.0
9日	-88.4	-88.1	-86.2
10日	-88.4	-88.1	-86.2
11日	-88.2	-87.9	-86.1
12日	-88.3	-88.0	-86.2
13日	-88.3	-87.7	-86.1
14日	-88.1	-87.7	-86.0
15日	-88.1	-87.7	-85.5
16日	-88.1	-87.9	-86.2
17日	-88.2	-87.8	-86.1
18日	-88.3	-88.0	-86.1
19日	-88.3	-87.8	-86.2
20日	-88.1	-87.7	-86.1
21日	-88.3	-87.8	-86.0
22日	-88.1	-87.8	-86.1
23日	-88.3	-88.0	-86.2
24日	-88.5	-88.1	-86.2
25日	-88.5	-88.1	-86.3
26日	-88.4	-87.9	-86.2
27日	-88.3	-87.5	-85.4
28日	-88.3	-87.8	-85.9
29日	-88.4	-87.5	-85.9
30日	-88.2	-87.8	-86.1
全体	-88.5	-87.9	-85.4

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年10月2日

検査技師長

山中 清史