

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/10

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.3	-88.0	-86.1
2日	-88.4	-87.8	-85.7
3日	-87.6	-87.3	-85.4
4日	-87.6	-87.4	-85.7
5日	-88.0	-87.4	-85.7
6日	-88.1	-87.8	-85.9
7日	-88.5	-88.1	-86.2
8日	-88.5	-88.2	-86.2
9日	-88.7	-88.2	-86.2
10日	-88.5	-88.1	-86.2
11日	-88.4	-87.2	-84.7
12日	-87.7	-87.3	-85.6
13日	-87.7	-87.4	-85.4
14日	-87.9	-87.7	-85.9
15日	-87.9	-87.5	-85.8
16日	-87.7	-87.5	-85.7
17日	-88.0	-87.6	-86.0
18日	-87.7	-87.3	-85.6
19日	-87.7	-87.3	-85.5
20日	-88.0	-87.6	-86.1
21日	-88.5	-88.0	-86.1
22日	-88.4	-88.1	-86.2
23日	-88.5	-88.0	-86.2
24日	-88.4	-88.1	-86.2
25日	-88.3	-87.8	-85.8
26日	-88.5	-88.1	-86.2
27日	-88.4	-87.9	-86.1
28日	-88.5	-88.1	-86.2
29日	-88.5	-88.2	-86.2
30日	-88.6	-87.9	-86.0
31日	-88.1	-87.7	-85.9
全体	-88.7	-87.8	-84.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年11月1日

検査技師長

山中清史