

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/11

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-87.9	-87.5	-85.9
2日	-87.9	-87.5	-85.8
3日	-88.1	-87.8	-86.1
4日	-88.2	-87.9	-86.2
5日	-88.3	-87.9	-86.1
6日	-88.0	-87.6	-85.7
7日	-88.0	-87.7	-86.0
8日	-88.2	-87.4	-85.9
9日	-88.0	-87.4	-85.3
10日	-88.1	-87.7	-86.0
11日	-88.2	-87.9	-86.2
12日	-88.3	-88.0	-86.2
13日	-88.3	-87.9	-86.1
14日	-88.4	-87.8	-86.2
15日	-88.0	-87.7	-86.0
16日	-88.4	-87.9	-86.3
17日	-88.3	-87.7	-86.2
18日	-88.4	-87.9	-86.1
19日	-88.7	-88.3	-86.3
20日	-88.6	-88.1	-86.2
21日	-88.4	-88.0	-86.2
22日	-88.3	-87.7	-85.8
23日	-88.2	-87.9	-86.2
24日	-88.3	-87.5	-85.5
25日	-88.1	-87.8	-86.1
26日	-88.3	-88.0	-86.2
27日	-88.3	-87.7	-85.8
28日	-88.0	-87.6	-85.9
29日	-87.8	-87.4	-85.9
30日	-87.7	-87.4	-85.7
全体	-88.7	-87.8	-85.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年12月1日

検査技師長

山中清史