

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2023/12

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.0	-87.6	-86.0
2日	-88.0	-87.8	-86.1
3日	-88.0	-87.8	-86.0
4日	-88.0	-87.6	-85.7
5日	-88.1	-87.6	-86.1
6日	-88.0	-87.6	-85.8
7日	-88.0	-87.6	-85.7
8日	-88.3	-87.7	-86.2
9日	-88.2	-87.8	-86.1
10日	-88.2	-87.8	-86.1
11日	-88.1	-87.8	-86.1
12日	-88.0	-87.3	-85.6
13日	-87.7	-87.1	-85.0
14日	-87.6	-86.8	-83.7
15日	-87.4	-87.1	-85.4
16日	-87.6	-87.3	-85.7
17日	-87.8	-87.5	-86.0
18日	-87.8	-87.4	-85.7
19日	-87.4	-87.2	-85.5
20日	-87.5	-86.4	-82.5
21日	-87.6	-87.2	-85.7
22日	-87.4	-87.0	-85.3
23日	-87.4	-87.2	-85.7
24日	-87.5	-87.2	-85.7
25日	-87.3	-86.9	-84.7
26日	-87.2	-86.9	-85.3
27日	-87.2	-86.7	-85.1
28日	-87.1	-86.8	-85.4
29日	-87.3	-86.9	-85.5
30日	-87.3	-87.1	-85.6
31日	-87.2	-87.0	-85.5
全体	-88.3	-87.3	-82.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年1月4日

検査技師長

山中清史