

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/01

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-87.2	-87.0	-85.5
2日	-87.3	-87.1	-85.6
3日	-87.3	-87.1	-85.6
4日	-87.2	-86.6	-84.8
5日	-87.0	-86.5	-85.1
6日	-87.0	-86.6	-84.7
7日	-87.3	-87.0	-85.6
8日	-87.4	-87.2	-85.7
9日	-87.4	-86.8	-85.0
10日	-87.1	-86.8	-85.1
11日	-87.2	-86.9	-85.4
12日	-87.3	-86.9	-85.3
13日	-87.5	-87.2	-85.7
14日	-87.7	-87.4	-85.8
15日	-87.7	-87.1	-85.6
16日	-87.3	-87.0	-85.5
17日	-87.4	-86.9	-85.6
18日	-87.0	-86.7	-85.2
19日	-87.1	-86.8	-85.2
20日	-87.4	-87.1	-85.7
21日	-87.3	-87.0	-85.5
22日	-87.2	-86.9	-85.3
23日	-87.3	-86.9	-85.5
24日	-87.4	-87.0	-85.7
25日	-87.7	-87.1	-85.1
26日	-87.5	-87.1	-85.7
27日	-87.6	-87.2	-85.7
28日	-87.4	-87.1	-85.6
29日	-87.4	-87.0	-85.6
30日	-87.2	-86.9	-85.3
31日	-87.0	-86.6	-84.6
全体	-87.7	-87.0	-84.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年2月1日

検査技師長

山中清史