

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/02

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-86.9	-86.5	-85.0
2日	-87.1	-86.8	-85.2
3日	-87.1	-86.8	-85.3
4日	-87.1	-86.9	-85.3
5日	-87.1	-86.8	-85.3
6日	-87.1	-86.7	-84.8
7日	-87.1	-86.7	-85.2
8日	-87.5	-86.9	-85.3
9日	-87.1	-86.8	-85.2
10日	-87.7	-87.4	-85.8
11日	-87.7	-87.5	-85.8
12日	-87.8	-87.4	-85.8
13日	-87.8	-87.5	-85.8
14日	-87.9	-86.9	-84.8
15日	-87.8	-87.2	-85.5
16日	-87.7	-87.3	-86.0
17日	-87.9	-87.7	-86.4
18日	-88.0	-87.7	-86.4
19日	-88.0	-87.5	-86.3
20日	-87.7	-87.2	-86.3
21日	-87.3	-86.8	-85.3
22日	-87.4	-86.9	-85.4
23日	-87.8	-87.5	-86.2
24日	-87.9	-87.6	-86.3
25日	-88.1	-87.7	-86.3
26日	-88.1	-87.7	-86.4
27日	-88.0	-87.5	-86.2
28日	-87.9	-87.3	-86.0
29日	-87.2	-86.8	-85.8
全体	-88.1	-87.2	-84.8

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年3月1日

検査技師長

山中清史