

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/03

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-87.4	-86.8	-85.6
2日	-88.2	-87.8	-86.4
3日	-88.3	-88.0	-86.4
4日	-88.3	-87.7	-86.2
5日	-88.0	-87.6	-86.0
6日	-88.1	-87.5	-86.2
7日	-87.9	-87.5	-86.2
8日	-87.8	-87.4	-85.7
9日	-88.0	-87.7	-86.3
10日	-88.2	-87.9	-86.3
11日	-88.0	-87.7	-86.1
12日	-87.9	-87.4	-86.2
13日	-87.8	-87.3	-86.1
14日	-87.7	-87.2	-85.6
15日	-87.6	-87.3	-86.1
16日	-87.7	-87.5	-86.1
17日	-87.8	-87.5	-86.2
18日	-87.8	-87.5	-86.2
19日	-87.9	-87.3	-86.0
20日	-87.8	-87.5	-86.2
21日	-87.8	-87.5	-86.2
22日	-87.8	-87.3	-86.2
23日	-88.1	-87.6	-86.2
24日	-88.0	-87.7	-86.3
25日	-87.9	-87.5	-86.2
26日	-87.7	-87.3	-86.1
27日	-88.0	-87.5	-86.1
28日	-88.0	-87.6	-86.3
29日	-87.8	-87.5	-86.2
30日	-88.0	-87.7	-86.3
31日	-87.9	-87.7	-86.3
全体	-88.3	-87.5	-85.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年4月1日

検査技師長

小中清史