

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/04

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-87.8	-87.4	-86.2
2日	-87.8	-87.5	-86.1
3日	-88.0	-87.6	-86.3
4日	-87.7	-87.3	-86.0
5日	-87.6	-87.4	-86.2
6日	-87.8	-87.6	-86.3
7日	-87.9	-87.6	-86.3
8日	-87.8	-87.3	-85.9
9日	-87.8	-87.4	-86.2
10日	-87.8	-87.5	-86.2
11日	-87.8	-87.4	-86.0
12日	-87.6	-87.2	-86.1
13日	-87.7	-87.3	-86.1
14日	-87.7	-87.4	-86.2
15日	-87.7	-87.4	-86.3
16日	-87.6	-87.3	-86.2
17日	-87.5	-87.3	-86.0
18日	-87.5	-87.3	-86.1
19日	-87.6	-87.3	-86.1
20日	-87.7	-87.5	-86.3
21日	-87.9	-87.6	-86.4
22日	-88.0	-87.3	-86.0
23日	-87.5	-87.1	-85.7
24日	-87.6	-87.1	-85.9
25日	-87.4	-87.0	-85.9
26日	-87.4	-87.2	-86.0
27日	-87.9	-87.5	-86.3
28日	-88.0	-87.7	-86.3
29日	-87.8	-87.5	-86.3
30日	-87.7	-87.3	-86.2
全体	-88.0	-87.4	-85.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年5月1日

検査技師長

山中清史