

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/05

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-87.6	-87.3	-86.1
2日	-87.6	-87.3	-86.2
3日	-87.8	-87.4	-85.5
4日	-87.9	-87.6	-86.3
5日	-87.9	-87.6	-86.3
6日	-88.0	-87.6	-86.3
7日	-87.8	-87.4	-86.3
8日	-87.8	-87.3	-85.9
9日	-87.6	-87.2	-85.9
10日	-87.8	-87.4	-86.2
11日	-87.8	-87.4	-86.1
12日	-87.8	-87.5	-86.2
13日	-87.9	-87.4	-86.2
14日	-88.0	-87.6	-86.3
15日	-88.2	-87.5	-85.7
16日	-88.2	-87.5	-86.3
17日	-88.1	-87.7	-86.3
18日	-88.1	-87.7	-86.2
19日	-88.1	-87.7	-86.3
20日	-88.1	-87.6	-86.0
21日	-88.1	-87.6	-86.2
22日	-88.2	-87.7	-86.3
23日	-88.0	-87.7	-86.3
24日	-88.1	-87.8	-86.3
25日	-88.2	-87.8	-86.3
26日	-88.2	-87.8	-86.4
27日	-88.2	-87.8	-86.3
28日	-88.2	-87.7	-86.3
29日	-88.2	-87.7	-86.3
30日	-88.1	-87.7	-86.2
31日	-88.2	-87.7	-86.4
全体	-88.2	-87.6	-85.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年6月3日
検査技師長 山中清史