

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/06

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-88.2	-87.7	-86.3
2日	-88.2	-87.9	-86.5
3日	-88.2	-87.8	-86.4
4日	-88.2	-87.7	-86.4
5日	-88.2	-87.8	-86.3
6日	-88.1	-87.6	-86.5
7日	-88.1	-87.7	-86.4
8日	-88.2	-87.8	-86.4
9日	-88.2	-87.6	-86.4
10日	-88.0	-87.5	-86.3
11日	-88.0	-87.8	-86.5
12日	-88.2	-87.6	-86.2
13日	-88.1	-87.6	-86.3
14日	-87.9	-87.5	-86.0
15日	-88.2	-87.8	-86.3
16日	-88.2	-87.9	-86.6
17日	-88.1	-87.7	-86.3
18日	-88.2	-87.6	-86.3
19日	-88.1	-87.6	-86.4
20日	-87.9	-87.6	-86.3
21日	-88.3	-87.6	-83.1
22日	-88.8	-88.4	-86.7
23日	-88.7	-88.3	-86.7
24日	-88.7	-88.3	-86.7
25日	-88.7	-88.0	-86.7
26日	-88.4	-88.0	-86.5
27日	-88.7	-88.2	-86.5
28日	-88.7	-88.2	-86.7
29日	-88.8	-88.4	-86.7
30日	-88.8	-88.5	-86.7
全体	-88.8	-87.9	-83.1

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年7月1日

検査技師長

山中清史