

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/07

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-88.8	-88.2	-86.7
2日	-88.8	-88.3	-86.6
3日	-88.7	-88.4	-86.7
4日	-88.8	-88.3	-86.7
5日	-88.8	-88.3	-86.6
6日	-88.9	-88.6	-86.7
7日	-89.0	-88.7	-86.7
8日	-89.0	-88.4	-86.6
9日	-88.7	-88.5	-86.7
10日	-89.0	-88.0	-86.7
11日	-88.3	-88.0	-86.5
12日	-88.3	-88.1	-86.5
13日	-88.6	-88.2	-86.6
14日	-88.6	-88.2	-86.6
15日	-88.6	-88.2	-86.6
16日	-88.6	-88.0	-86.6
17日	-88.5	-87.9	-86.5
18日	-88.7	-88.0	-81.0
19日	-89.2	-88.9	-87.3
20日	-89.5	-89.1	-87.3
21日	-89.5	-89.1	-87.3
22日	-89.5	-88.9	-87.3
23日	-89.3	-88.9	-87.3
24日	-89.2	-89.0	-87.3
25日	-89.5	-89.1	-87.3
26日	-89.6	-89.1	-87.4
27日	-89.7	-89.2	-87.4
28日	-89.7	-89.3	-87.5
29日	-89.7	-89.2	-87.4
30日	-89.5	-89.2	-87.5
31日	-89.6	-89.2	-87.5
全体	-89.7	-88.6	-81.0

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年8月1日

検査技師長

山中清史