

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/08

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-89.7	-88.9	-87.4
2日	-89.3	-88.9	-87.4
3日	-89.5	-89.2	-87.3
4日	-89.7	-89.3	-87.4
5日	-89.7	-89.1	-87.4
6日	-89.5	-88.8	-87.0
7日	-89.7	-89.1	-87.5
8日	-89.8	-89.1	-87.3
9日	-89.8	-89.1	-87.3
10日	-89.7	-89.3	-87.5
11日	-89.6	-89.3	-87.4
12日	-89.7	-89.3	-87.4
13日	-89.7	-89.2	-87.4
14日	-89.7	-89.2	-87.4
15日	-89.5	-89.1	-87.4
16日	-89.1	-88.4	<b>-86.6</b>
17日	-89.8	-89.3	-87.4
18日	<b>-89.9</b>	-89.4	-87.4
19日	-89.7	-89.4	-87.5
20日	<b>-89.9</b>	-89.3	-87.4
21日	-89.6	-89.3	-87.3
22日	-89.8	-89.1	-87.5
23日	-89.5	-89.0	-87.3
24日	-89.5	-89.1	-87.5
25日	-89.6	-89.2	-87.4
26日	-89.4	-89.0	-87.4
27日	-89.2	-89.0	-87.4
28日	-89.6	-88.8	-87.4
29日	-89.3	-88.9	-87.3
30日	-89.3	-89.0	-87.3
31日	-89.4	-89.1	-87.4
全体	<b>-89.9</b>	-89.1	<b>-86.6</b>

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年9月2日

検査技師長

山中清史