

## 姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/09

|     | 外付け温度 (°C) |       |       |
|-----|------------|-------|-------|
|     | 最低         | 平均    | 最高    |
| 1日  | -89.5      | -89.1 | -87.4 |
| 2日  | -89.2      | -88.9 | -87.3 |
| 3日  | -89.3      | -89.0 | -87.4 |
| 4日  | -89.4      | -88.9 | -87.4 |
| 5日  | -89.1      | -88.9 | -87.3 |
| 6日  | -89.3      | -88.7 | -87.0 |
| 7日  | -89.4      | -89.1 | -87.3 |
| 8日  | -89.4      | -89.0 | -87.4 |
| 9日  | -89.2      | -88.8 | -87.3 |
| 10日 | -89.2      | -88.8 | -87.3 |
| 11日 | -89.1      | -88.6 | -87.3 |
| 12日 | -89.2      | -88.9 | -87.3 |
| 13日 | -89.4      | -89.0 | -87.4 |
| 14日 | -89.5      | -89.0 | -87.4 |
| 15日 | -89.4      | -89.1 | -87.4 |
| 16日 | -89.5      | -89.2 | -87.4 |
| 17日 | -89.4      | -88.8 | -87.2 |
| 18日 | -89.4      | -88.9 | -87.3 |
| 19日 | -89.4      | -89.0 | -87.4 |
| 20日 | -89.4      | -88.7 | -87.2 |
| 21日 | -89.3      | -88.9 | -87.4 |
| 22日 | -89.5      | -89.1 | -87.4 |
| 23日 | -89.5      | -89.1 | -87.4 |
| 24日 | -89.5      | -89.2 | -87.4 |
| 25日 | -89.5      | -88.8 | -87.4 |
| 26日 | -89.3      | -88.8 | -87.2 |
| 27日 | -89.3      | -89.0 | -87.3 |
| 28日 | -89.5      | -89.1 | -87.3 |
| 29日 | -89.5      | -89.1 | -87.3 |
| 30日 | -89.5      | -89.0 | -87.4 |
| 全体  | -89.5      | -89.0 | -87.0 |

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年10月1日

検査技師長

山中 清史