

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/11

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-89.3	-88.9	-87.4
2日	-89.2	-88.8	-87.3
3日	-89.2	-88.9	-87.3
4日	-89.3	-88.9	-87.3
5日	-89.1	-88.5	-87.1
6日	-89.0	-88.6	-86.9
7日	-89.2	-88.8	-87.4
8日	-89.2	-88.7	-87.2
9日	-89.4	-89.0	-87.4
10日	-89.4	-89.1	-87.4
11日	-89.4	-88.9	-87.3
12日	-89.2	-88.8	-87.3
13日	-89.1	-88.7	-87.2
14日	-89.3	-88.9	-87.3
15日	-89.2	-88.8	-87.3
16日	-89.4	-89.1	-87.4
17日	-89.5	-89.1	-87.4
18日	-89.4	-89.0	-87.4
19日	-89.3	-89.0	-87.4
20日	-89.5	-89.1	-87.3
21日	-89.4	-88.9	-87.3
22日	-89.2	-88.9	-87.3
23日	-89.4	-89.1	-87.4
24日	-89.5	-89.1	-87.4
25日	-89.3	-89.0	-87.3
26日	-89.2	-88.9	-87.3
27日	-89.4	-89.0	-87.3
28日	-89.3	-89.0	-87.3
29日	-89.5	-88.8	-87.3
30日	-89.1	-88.8	-87.2
全体	-89.5	-88.9	-86.9

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年12月2日
検査技師長 *山中清史*