

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2024/12

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.9	-88.6	-87.2
2日	-89.0	-88.7	-87.2
3日	-89.4	-88.8	-87.3
4日	-88.8	-88.5	-87.1
5日	-88.9	-88.6	-87.2
6日	-88.9	-88.6	-87.3
7日	-88.9	-88.6	-87.1
8日	-88.9	-88.7	-87.3
9日	-88.8	-88.5	-87.2
10日	-88.6	-88.3	-87.0
11日	-88.9	-88.5	-86.9
12日	-88.9	-88.6	-87.3
13日	-88.8	-88.3	-87.0
14日	-88.7	-88.5	-87.1
15日	-88.8	-88.6	-87.3
16日	-88.8	-88.6	-87.2
17日	-88.8	-88.5	-87.1
18日	-88.7	-88.4	-87.2
19日	-88.8	-88.5	-87.1
20日	-88.7	-88.5	-87.1
21日	-89.0	-88.7	-87.3
22日	-88.9	-88.6	-87.2
23日	-88.7	-88.5	-86.7
24日	-89.0	-88.7	-87.1
25日	-89.0	-88.5	-87.0
26日	-88.7	-88.5	-87.2
27日	-88.8	-88.5	-87.2
28日	-88.8	-88.5	-87.2
29日	-88.8	-88.5	-87.2
30日	-88.8	-88.6	-87.3
31日	-88.8	-88.6	-87.2
全体	-89.4	-88.6	-86.7

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年1月6日
検査技師長 *山中清史*