

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/01

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.8	-88.6	-87.2
2日	-88.8	-88.6	-87.2
3日	-88.8	-88.6	-87.2
4日	-89.0	-88.7	-87.3
5日	-89.1	-88.8	-87.3
6日	-89.1	-88.6	-87.2
7日	-88.6	-88.2	-86.7
8日	-88.7	-88.3	-87.0
9日	-88.9	-88.5	-87.2
10日	-88.7	-88.5	-87.2
11日	-88.9	-88.6	-87.2
12日	-89.0	-88.7	-87.3
13日	-89.0	-88.6	-87.3
14日	-89.0	-88.7	-87.3
15日	-88.8	-88.4	-87.2
16日	-88.6	-88.3	-87.1
17日	-88.5	-88.2	-86.9
18日	-88.7	-88.5	-87.2
19日	-88.7	-88.4	-87.1
20日	-88.8	-88.4	-87.0
21日	-89.1	-88.8	-87.3
22日	-89.1	-88.5	-87.1
23日	-88.9	-88.7	-87.2
24日	-89.0	-88.7	-87.2
25日	-89.2	-88.8	-87.3
26日	-89.3	-88.9	-87.3
27日	-89.3	-88.8	-87.4
28日	-89.2	-88.8	-87.3
29日	-89.1	-88.8	-87.3
30日	-89.3	-89.0	-87.3
31日	-89.2	-88.8	-87.2
全体	-89.3	-88.6	-86.7

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年2月3日
検査技師長 山中清史