

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/03

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-89.2	-88.9	-87.3
2日	-89.2	-88.9	-87.3
3日	-89.1	-88.7	-87.3
4日	-89.3	-88.8	-87.3
5日	-89.3	-88.6	-87.3
6日	-89.0	-88.5	-87.0
7日	-89.1	-88.8	-87.3
8日	-89.3	-89.0	-87.3
9日	-89.3	-88.9	-87.3
10日	-89.3	-88.8	-87.3
11日	-89.2	-88.8	-87.4
12日	-89.1	-88.7	-87.3
13日	-88.9	-88.6	-86.6
14日	-89.1	-88.6	-87.2
15日	-89.0	-88.7	-87.3
16日	-89.1	-88.9	-87.4
17日	-89.2	-88.8	-87.3
18日	-89.1	-88.5	-87.2
19日	-89.1	-88.8	-87.2
20日	-89.2	-88.9	-87.4
21日	-89.3	-88.7	-87.3
22日	-89.2	-88.9	-87.4
23日	-89.3	-89.0	-87.4
24日	-89.3	-88.8	-87.3
25日	-88.9	-88.5	-86.9
26日	-88.9	-88.5	-87.3
27日	-88.8	-88.3	-87.0
28日	-88.6	-88.3	-87.0
29日	-88.9	-88.6	-87.3
30日	-89.0	-88.7	-87.3
31日	-88.8	-88.6	-87.3
全体	-89.3	-88.7	-86.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年4月1日
検査技師長

井上 毅