

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/04

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-89.0	-88.4	-87.3
2日	-88.7	-88.3	-87.1
3日	-88.7	-88.4	-87.1
4日	-88.7	-88.5	-87.2
5日	-88.8	-88.6	-87.2
6日	-88.8	-88.5	-87.2
7日	-88.8	-88.5	-87.2
8日	-89.0	-88.5	-87.3
9日	-88.7	-88.4	-87.1
10日	-89.0	-88.5	-87.3
11日	-88.7	-88.4	-87.2
12日	-88.6	-88.3	-87.1
13日	-88.7	-88.4	-87.2
14日	-88.7	-88.3	-87.2
15日	-88.6	-88.4	-87.1
16日	-88.8	-88.6	-87.3
17日	-88.8	-88.5	-87.3
18日	-88.7	-88.4	-87.1
19日	-88.8	-88.6	-87.3
20日	-88.9	-88.6	-87.3
21日	-88.9	-88.6	-87.3
22日	-88.9	-88.6	-87.3
23日	-88.8	-88.2	-86.8
24日	-88.8	-88.4	-87.1
25日	-88.7	-88.4	-87.0
26日	-88.8	-88.6	-87.3
27日	-89.0	-88.7	-87.3
28日	-88.9	-88.6	-87.2
29日	-89.1	-88.8	-87.3
30日	-89.0	-88.6	-87.3
全体	-89.1	-88.5	-86.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年5月1日
検査技師長

野上 毅