

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/05

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-89.0	-88.7	-87.3
2日	-89.2	-88.7	-86.6
3日	-89.1	-88.7	-87.3
4日	-88.9	-88.7	-87.3
5日	-89.0	-88.8	-87.4
6日	-89.0	-88.7	-87.3
7日	-88.7	-88.4	-86.9
8日	-88.8	-88.5	-87.2
9日	-89.0	-88.4	-87.0
10日	-88.7	-88.4	-86.7
11日	-88.8	-88.6	-87.3
12日	-88.8	-88.5	-87.2
13日	-88.7	-88.3	-86.7
14日	-88.8	-88.4	-87.2
15日	-88.7	-88.0	-86.2
16日	-88.6	-88.3	-87.0
17日	-88.7	-88.4	-87.1
18日	-88.9	-88.5	-87.1
19日	-88.7	-88.4	-87.0
20日	-88.6	-88.3	-86.7
21日	-88.9	-88.4	-87.4
22日	-88.3	-88.1	-86.6
23日	-88.5	-88.3	-86.9
24日	-88.8	-88.5	-87.1
25日	-88.8	-88.5	-87.3
26日	-88.6	-88.3	-87.0
27日	-88.7	-88.3	-87.1
28日	-88.5	-88.2	-86.8
29日	-88.7	-88.3	-86.8
30日	-89.1	-88.5	-87.3
31日	-88.9	-87.9	-86.0
全体	-89.2	-88.4	-86.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年6月2日
検査技師長

新上毅