

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/06

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-87.3	-87.0	-86.1
2日	-87.3	-86.9	-86.1
3日	-87.1	-86.6	-85.6
4日	-86.9	-86.5	-85.6
5日	-87.0	-86.7	-85.9
6日	-86.9	-86.5	-85.5
7日	-87.1	-86.7	-86.0
8日	-87.1	-86.9	-86.0
9日	-87.2	-86.6	-84.6
10日	-87.0	-86.6	-85.5
11日	-86.8	-86.5	-85.7
12日	-87.0	-86.7	-85.8
13日	-87.0	-86.7	-85.7
14日	-87.0	-86.8	-85.9
15日	-87.0	-86.7	-85.8
16日	-86.8	-86.4	-85.1
17日	-87.0	-86.5	-85.6
18日	-86.7	-86.3	-85.4
19日	-88.9	-87.0	-81.1
20日	-88.8	-88.5	-87.4
21日	-88.8	-88.5	-87.4
22日	-88.9	-88.6	-87.6
23日	-88.8	-88.5	-87.4
24日	-88.7	-88.3	-87.3
25日	-88.6	-88.3	-87.0
26日	-88.5	-88.2	-87.0
27日	-88.7	-88.4	-87.3
28日	-88.8	-88.5	-87.4
29日	-88.9	-88.6	-87.5
30日	-88.7	-88.4	-87.4
全体	-88.9	-87.3	-81.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年7月1日
検査技師長

田上 毅