

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/07

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-88.7	-88.0	-86.5
2日	-90.0	-88.6	-86.8
3日	-90.3	-90.0	-89.0
4日	-90.2	-90.0	-88.8
5日	-90.3	-90.1	-89.0
6日	-90.4	-90.2	-89.1
7日	-90.4	-90.0	-88.8
8日	-90.2	-89.9	-88.8
9日	-90.2	-89.8	-88.9
10日	-90.1	-89.9	-88.8
11日	-90.3	-90.0	-89.0
12日	-90.3	-90.1	-89.1
13日	-90.3	-90.0	-89.0
14日	-90.2	-90.1	-89.0
15日	-90.4	-90.2	-89.2
16日	-90.4	-90.1	-89.0
17日	-90.3	-90.1	-89.0
18日	-90.3	-90.1	-89.1
19日	-90.4	-90.1	-89.1
20日	-90.6	-90.3	-89.3
21日	-90.7	-90.4	-89.4
22日	-90.5	-90.1	-89.0
23日	-90.2	-89.9	-88.7
24日	-90.3	-90.0	-89.0
25日	-90.2	-90.0	-88.9
26日	-90.3	-90.0	-89.0
27日	-90.5	-90.2	-89.1
28日	-90.6	-90.2	-89.0
29日	-90.1	-89.9	-88.7
30日	-90.1	-89.9	-88.8
31日	-90.2	-89.9	-88.8
全体	-90.7	-89.9	-86.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年8月1日
検査技師長

