

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/08

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-90.0	-89.9	-88.7
2日	-90.2	-90.0	-89.0
3日	-90.3	-90.0	-88.9
4日	-90.1	-89.9	-88.7
5日	-90.2	-89.8	-88.8
6日	-90.1	-89.7	-88.7
7日	-90.0	-89.8	-88.7
8日	-90.2	-90.0	-88.9
9日	-90.3	-90.1	-89.0
10日	-90.4	-90.1	-89.1
11日	-90.5	-90.2	-89.1
12日	-90.6	-87.7	-84.0
13日	-86.7	-86.3	-85.2
14日	-86.7	-86.3	-85.5
15日	-86.8	-86.5	-85.8
16日	-86.7	-86.4	-85.7
17日	-86.6	-86.4	-85.6
18日	-86.7	-86.4	-85.7
19日	-86.7	-86.4	-85.5
20日	-86.7	-86.4	-85.6
21日	-86.7	-86.4	-85.7
22日	-86.6	-86.3	-85.4
23日	-86.6	-86.4	-85.6
24日	-86.8	-86.5	-85.7
25日	-86.8	-86.4	-85.4
26日	-86.5	-86.1	-85.2
27日	-86.6	-86.2	-85.6
28日	-86.7	-86.5	-85.7
29日	-86.8	-86.7	-85.7
30日	-87.0	-86.7	-85.8
31日	-86.9	-86.7	-85.8
全体	-90.6	-87.7	-84.0