

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/09

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-86.8	-86.6	-85.7
2日	-87.0	-86.4	-85.4
3日	-86.8	-86.4	-85.5
4日	-86.8	-86.6	-85.7
5日	-87.0	-86.7	-85.8
6日	-87.1	-86.8	-85.9
7日	-87.1	-86.9	-86.0
8日	-87.2	-86.9	-86.0
9日	-87.1	-86.7	-85.7
10日	-86.9	-86.7	-85.6
11日	-87.3	-86.8	-86.0
12日	-87.3	-86.8	-85.9
13日	-87.1	-86.8	-86.0
14日	-87.1	-86.9	-86.0
15日	-87.1	-86.9	-86.0
16日	-86.9	-86.7	-85.6
17日	-87.1	-86.9	-86.0
18日	-87.2	-86.9	-86.0
19日	-87.3	-87.0	-85.1
20日	-87.7	-87.4	-85.9
21日	-87.7	-87.5	-85.9
22日	-87.7	-87.4	-85.8
23日	-87.9	-87.6	-86.1
24日	-87.9	-87.4	-86.1
25日	-87.6	-87.2	-85.6
26日	-87.6	-87.3	-85.8
27日	-87.9	-87.6	-86.1
28日	-87.9	-87.6	-86.1
29日	-87.9	-87.7	-86.1
30日	-88.0	-87.6	-86.2
全体	-88.0	-87.0	-85.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年10月2日
検査技師長

