

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/10

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-87.9	-87.5	-86.0
2日	-87.9	-87.7	-86.1
3日	-88.0	-87.5	-85.9
4日	-88.0	-87.7	-86.1
5日	-87.8	-87.7	-86.0
6日	-87.8	-87.6	-86.0
7日	-87.9	-87.6	-86.1
8日	-88.0	-87.6	-85.9
9日	-87.9	-87.6	-86.0
10日	-88.0	-87.7	-86.2
11日	-88.0	-87.8	-86.2
12日	-87.9	-87.7	-86.0
13日	-88.0	-87.6	-86.1
14日	-87.8	-87.6	-86.0
15日	-87.9	-87.6	-86.1
16日	-87.9	-87.5	-86.0
17日	-87.7	-87.5	-85.9
18日	-87.8	-87.6	-86.0
19日	-87.9	-87.5	-85.9
20日	-87.7	-87.5	-85.8
21日	-87.8	-87.6	-86.0
22日	-87.8	-87.5	-86.0
23日	-87.7	-87.5	-85.8
24日	-88.0	-87.7	-86.0
25日	-88.0	-87.7	-86.2
26日	-88.2	-87.9	-86.4
27日	-88.1	-87.8	-86.3
28日	-87.9	-87.5	-86.1
29日	-87.9	-87.6	-85.9
30日	-87.9	-87.4	-86.2
31日	-88.0	-87.7	-86.3
全体	-88.2	-87.6	-85.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
検査技師長

新上毅