

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/11

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-88.1	-87.8	-86.2
2日	-88.1	-87.9	-86.4
3日	-88.3	-88.1	-86.5
4日	-89.1	-88.2	-86.5
5日	-89.5	-89.1	-87.7
6日	-89.5	-89.3	-88.0
7日	-89.6	-89.3	-88.0
8日	-89.8	-89.5	-88.2
9日	-89.9	-89.6	-88.2
10日	-89.9	-89.5	-88.1
11日	-89.9	-89.6	-88.7
12日	-90.2	-89.9	-89.1
13日	-90.1	-89.8	-89.0
14日	-90.0	-89.8	-88.9
15日	-90.3	-90.1	-89.2
16日	-90.3	-90.1	-89.2
17日	-90.3	-90.1	-89.2
18日	-90.2	-89.9	-89.2
19日	-90.0	-89.7	-89.0
20日	-90.1	-89.9	-89.0
21日	-90.2	-89.8	-89.2
22日	-90.4	-90.0	-89.0
23日	-90.3	-90.1	-89.3
24日	-90.3	-90.2	-89.3
25日	-90.3	-90.0	-89.0
26日	-90.2	-90.0	-89.2
27日	-90.3	-90.1	-89.2
28日	-90.3	-90.1	-89.2
29日	-90.4	-90.2	-89.4
30日	-90.4	-90.2	-89.4
全体	-90.4	-89.6	-86.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年12月1日
検査技師長

新上毅