

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2025/12

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-90.3	-90.0	-89.0
2日	-90.1	-89.9	-89.0
3日	-90.2	-90.0	-89.1
4日	-90.3	-90.0	-89.1
5日	-90.1	-90.0	-89.0
6日	-90.3	-90.1	-89.1
7日	-90.4	-90.2	-89.2
8日	-90.3	-90.1	-89.2
9日	-90.4	-90.0	-88.9
10日	-90.2	-89.9	-89.0
11日	-90.1	-89.9	-89.0
12日	-90.2	-90.0	-89.0
13日	-90.3	-90.1	-89.1
14日	-90.3	-90.0	-89.0
15日	-90.2	-90.0	-89.0
16日	-90.3	-90.0	-89.1
17日	-90.3	-90.0	-89.0
18日	-90.3	-90.0	-89.0
19日	-90.2	-90.0	-89.0
20日	-90.1	-89.9	-88.9
21日	-90.3	-90.0	-89.0
22日	-90.4	-90.1	-89.1
23日	-90.3	-90.0	-88.9
24日	-90.2	-89.6	-88.2
25日	-90.1	-89.8	-88.9
26日	-90.2	-89.9	-88.9
27日	-90.3	-90.0	-89.1
28日	-90.2	-90.0	-89.0
29日	-90.3	-90.0	-89.0
30日	-90.3	-90.1	-89.2
31日	-90.3	-90.1	-89.1
全体	-90.4	-90.0	-88.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年1月5日
検査技師長

新上毅