

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/01

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-90.4	-90.1	-89.2
2日	-90.3	-90.1	-89.1
3日	-90.3	-90.1	-89.1
4日	-90.3	-90.0	-89.1
5日	-90.2	-90.0	-89.0
6日	-90.3	-90.0	-89.0
7日	-90.3	-89.9	-88.9
8日	-90.1	-89.5	-88.0
9日	-90.0	-89.8	-88.9
10日	-90.2	-90.0	-89.0
11日	-90.4	-90.1	-89.2
12日	-90.5	-90.2	-89.3
13日	-90.3	-90.0	-89.0
14日	-90.1	-89.8	-88.7
15日	-90.1	-88.3	-82.1
16日	-90.0	-89.4	-88.0
17日	-90.2	-89.9	-89.0
18日	-90.2	-89.9	-89.0
19日	-90.2	-89.9	-89.0
20日	-90.3	-90.1	-89.1
21日	-90.3	-90.1	-89.1
22日	-90.4	-90.1	-89.1
23日	-90.2	-89.9	-88.7
24日	-90.0	-89.8	-88.8
25日	-90.0	-89.8	-88.8
26日	-90.2	-89.9	-88.8
27日	-90.5	-90.3	-89.3
28日	-90.5	-90.2	-89.3
29日	-90.3	-90.1	-89.1
30日	-90.5	-90.2	-89.2
31日	-90.7	-90.4	-89.4
全体	-90.7	-89.9	-82.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年2月2日
検査技師長

野上 毅