

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/02

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-90.6	-90.2	-89.3
2日	-90.5	-90.1	-89.2
3日	-90.5	-90.2	-89.2
4日	-90.4	-90.0	-88.9
5日	-90.2	-89.9	-88.6
6日	-90.2	-89.9	-89.0
7日	-90.2	-90.0	-88.9
8日	-90.4	-90.1	-89.1
9日	-90.5	-90.1	-89.2
10日	-90.3	-90.0	-89.0
11日	-90.3	-90.1	-89.1
12日	-90.3	-90.0	-89.2
13日	-90.3	-90.0	-89.0
14日	-90.4	-90.1	-89.2
15日	-90.2	-90.0	-89.0
16日	-90.2	-89.9	-88.9
17日	-90.2	-90.0	-89.1
18日	-90.4	-90.1	-89.2
19日	-90.5	-90.2	-89.2
20日	-90.3	-90.1	-89.1
21日	-90.5	-90.3	-89.3
22日	-90.5	-90.2	-89.2
23日	-90.3	-90.1	-89.2
24日	-90.2	-90.0	-88.9
25日	-90.2	-89.9	-89.0
26日	-90.2	-90.0	-89.0
27日	-90.3	-89.9	-89.0
28日	-90.3	-90.0	-89.1
全体	-90.6	-90.0	-88.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年3月2日
検査技師長

新上毅