

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/03

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-90.4	-90.1	-89.3
2日	-90.4	-90.2	-89.2
3日	-90.5	-89.9	-88.9
4日	-90.0	-89.9	-88.8
5日	-90.2	-90.0	-89.0
6日	-90.3	-90.1	-89.2
7日	-90.4	-90.1	-89.0
8日	-90.6	-90.3	-89.3
9日	-90.4	-90.2	-89.3
10日	-90.3	-90.0	-89.0
11日	-90.3	-90.1	-89.0
12日	-90.5	-90.2	-89.3
13日	-90.3	-90.0	-88.8
14日	-90.4	-90.0	-88.8
15日	-90.4	-90.1	-89.2
16日	-90.3	-90.0	-89.0
17日	-90.3	-90.1	-89.0
18日	-90.4	-89.7	-88.3
19日	-90.0	-89.7	-88.5
20日	-90.2	-90.0	-88.9
21日	-90.3	-90.1	-89.0
22日	-90.4	-90.2	-89.0
23日	-90.4	-90.0	-88.8
24日	-90.3	-89.5	-87.7
25日	-89.9	-89.6	-88.7
26日	-90.0	-89.8	-88.7
27日	-90.3	-89.9	-89.0
28日	-90.2	-90.0	-89.1
29日	-90.2	-90.0	-89.1
30日	-90.1	-89.9	-88.9
31日	-90.1	-89.7	-88.7
全体	-90.6	-90.0	-87.7

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年4月1日
検査技師長

新上 毅