

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/04

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-89.9	-89.7	-88.4
2日	-90.1	-89.8	-88.7
3日	-90.1	-89.8	-88.8
4日	-90.1	-89.9	-88.9
5日	-90.2	-90.0	-89.0
6日	-90.1	-89.8	-88.9
7日	-90.1	-89.8	-88.6
8日	-90.3	-90.0	-89.0
9日	-90.3	-90.0	-89.0
10日	-90.1	-89.9	-88.8
11日	-90.3	-90.1	-89.1
12日	-90.3	-90.1	-89.0
13日	-90.2	-90.0	-88.9
14日	-90.3	-90.0	-88.9
15日	-90.2	-89.6	-88.4
16日	-90.1	-89.9	-88.9
17日	-90.3	-90.0	-89.0
18日	-90.3	-90.1	-89.1
19日	-90.3	-90.0	-89.1
20日	-90.2	-89.9	-88.7
21日	-90.2	-89.9	-88.9
22日	-90.2	-89.9	-89.0
23日	-90.2	-89.9	-88.7
24日	-90.3	-90.0	-88.9
25日	-90.5	-90.1	-89.1
26日	-90.3	-90.2	-89.1
27日	-90.3	-90.1	-89.1
28日	-90.2	-89.8	-88.8
29日	-90.2	-89.9	-88.9
30日	-90.4	-90.0	-89.1
全体	-90.5	-89.9	-88.4

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年5月1日
検査技師長

新 毅