

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/05

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-90.2	-89.9	-88.9
2日	-90.2	-89.8	-88.6
3日	-90.3	-90.1	-89.0
4日	-90.4	-90.1	-89.1
5日	-90.3	-90.1	-89.1
6日	-90.3	-90.2	-89.1
7日	-90.4	-89.9	-88.9
8日	-90.1	-89.9	-88.8
9日	-90.3	-90.1	-89.1
10日	-90.3	-90.0	-89.0
11日	-90.2	-90.0	-88.9
12日	-90.1	-89.8	-88.9
13日	-90.2	-89.6	-88.4
14日	-89.9	-89.7	-88.8
15日	-90.0	-89.7	-88.7
16日	-90.3	-90.0	-89.1
17日	-90.4	-90.1	-89.3
18日	-90.3	-90.0	-89.1
19日	-90.3	-90.0	-89.0
20日	-90.2	-89.9	-88.7
21日	-90.2	-89.9	-88.9
22日	-90.3	-89.4	-87.0
23日	-88.9	-88.6	-87.2
24日	-88.9	-88.8	-87.2
25日	-89.0	-88.6	-87.2
26日	-88.9	-88.5	-86.7
27日	-88.7	-88.0	-85.4
28日	-88.8	-88.5	-87.1
29日	-88.7	-88.5	-87.0
30日	-88.9	-88.6	-87.2
31日	-88.9	-88.7	-87.1
全体	-90.4	-89.5	-85.4

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年6月1日
検査技師長

野上 毅