

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/06

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-88.8	-88.4	-86.8
2日	-88.7	-88.4	-86.9
3日	-88.4	-88.1	-86.6
4日	-88.4	-88.0	-86.5
5日	-88.6	-88.3	-86.6
6日	-88.9	-88.6	-87.1
7日	-88.9	-88.6	-87.2
8日	-88.8	-88.5	-86.9
9日	-88.9	-88.5	-87.2
10日	-88.7	-88.1	-86.4
11日	-88.8	-88.5	-87.0
12日	-88.9	-88.6	-87.2
13日	-89.0	-88.7	-87.1
14日	-88.9	-88.7	-87.2
15日	-88.9	-88.4	-87.2
16日	-88.7	-88.3	-86.8
17日	-88.7	-88.3	-86.6
18日	-88.8	-88.5	-87.0
19日	-88.8	-88.4	-86.9
20日	-88.7	-88.5	-87.0
21日	-88.9	-88.7	-87.1
22日	-89.0	-88.5	-87.0
23日	-88.7	-88.5	-86.9
24日	-88.9	-88.4	-87.1
25日	-88.8	-88.5	-87.1
26日	-88.8	-88.5	-87.0
27日	-89.0	-88.7	-87.3
28日	-88.9	-88.7	-87.2
29日	-88.7	-88.5	-86.7
30日	-88.7	-88.5	-86.9
全体	-89.0	-88.5	-86.4

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年7月2日  
検査技師長

野上 毅