

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/07

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-88.8	-88.3	-86.8
2日	-88.6	-88.4	-86.8
3日	-88.9	-88.6	-87.0
4日	-89.0	-88.7	-87.2
5日	-88.8	-88.6	-87.2
6日	-88.8	-88.5	-86.9
7日	-88.8	-88.5	-87.1
8日	-88.7	-88.4	-86.7
9日	-88.7	-88.5	-87.0
10日	-88.8	-88.5	-87.1
11日	-88.9	-88.5	-87.0
12日	-88.9	-88.6	-87.2
13日	-88.5	-87.9	-86.8
14日	-88.1	-87.8	-86.2
15日	-88.3	-88.0	-86.4
16日	-88.5	-88.0	-86.8
17日	-88.3	-88.0	-86.2
18日	-88.5	-88.3	-86.7
19日	-88.7	-88.4	-87.0
20日	-88.5	-88.1	-86.6
21日	-89.5	-87.4	-79.6
22日	-90.3	-89.2	-87.2
23日	-90.2	-89.8	-87.3
24日	-90.4	-90.0	-87.6
25日	-90.5	-90.2	-88.0
26日	-90.6	-90.3	-88.0
27日	-90.4	-90.1	-87.7
28日	-90.6	-90.2	-88.0
29日	-90.6	-90.2	-87.9
30日	-90.5	-90.1	-87.7
31日	-90.5	-90.1	-88.0
全体	-90.6	-88.8	-79.6

7月21日13時40分-13時47分の8分間温度逸脱が生じましたが、
この間治験検体の保管がされていないことを確認しました。
ドアの長時間開放による逸脱であることを確認しています。
上記以外の時間帯で温度逸脱はありませんでした。
2026年8月3日
検査技師長

