

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/08

|     | 外付け温度 (°C) |       |       |
|-----|------------|-------|-------|
|     | 最低         | 平均    | 最高    |
| 1日  | -90.6      | -90.3 | -88.0 |
| 2日  | -90.7      | -90.4 | -88.0 |
| 3日  | -90.6      | -90.1 | -88.1 |
| 4日  | -90.5      | -90.2 | -88.0 |
| 5日  | -90.5      | -90.2 | -87.7 |
| 6日  | -90.6      | -90.1 | -88.1 |
| 7日  | -90.5      | -90.1 | -87.9 |
| 8日  | -90.6      | -90.4 | -88.2 |
| 9日  | -90.6      | -90.3 | -87.5 |
| 10日 | -90.7      | -90.3 | -88.1 |
| 11日 | -90.9      | -90.6 | -88.5 |
| 12日 | -90.8      | -90.6 | -88.2 |
| 13日 | -90.8      | -90.5 | -88.3 |
| 14日 | -90.7      | -90.5 | -88.1 |
| 15日 | -90.9      | -90.6 | -88.4 |
| 16日 | -90.9      | -90.6 | -88.4 |
| 17日 | -90.7      | -90.4 | -87.8 |
| 18日 | -90.9      | -90.4 | -88.3 |
| 19日 | -90.9      | -90.2 | -88.1 |
| 20日 | -90.7      | -87.1 | -78.6 |
| 21日 | -89.5      | -86.1 | -79.6 |
| 22日 | -87.1      | -85.9 | -84.5 |
| 23日 | -87.1      | -85.9 | -84.5 |
| 24日 | -87.1      | -85.9 | -84.4 |
| 25日 | -87.1      | -85.9 | -84.5 |
| 26日 | -87.2      | -85.9 | -84.4 |
| 27日 | -87.1      | -85.9 | -84.4 |
| 28日 | -87.2      | -86.0 | -84.5 |
| 29日 | -87.2      | -86.0 | -84.5 |
| 30日 | -87.1      | -86.0 | -84.5 |
| 31日 | -87.2      | -85.9 | -84.5 |
| 全体  | -90.9      | -88.7 | -78.6 |

8月20日16時27分から45分間、8月21日15時32分から41分間、8月21日16時14分から1分間温度逸脱が生じました。  
この時間帯、治験検体を保管していましたが、検体の許容保管温度条件を満たしていたことを確認しています。  
上記以外の時間帯で温度逸脱はありませんでした。

2026年9月1日  
検査技師長

野上 毅