

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/09

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-87.2	-86.0	-84.5
2日	-87.2	-86.0	-84.5
3日	-87.2	-86.0	-84.5
4日	-87.2	-86.0	-84.5
5日	-87.2	-86.0	-84.6
6日	-87.2	-86.0	-84.6
7日	-87.1	-86.0	-84.6
8日	-87.1	-86.0	-84.6
9日	-87.1	-86.0	-84.6
10日	-87.1	-86.0	-84.6
11日	-87.1	-86.0	-84.6
12日	-87.1	-86.0	-84.6
13日	-87.1	-86.0	-84.6
14日	-87.1	-85.9	-84.6
15日	-87.1	-86.0	-84.6
16日	-87.1	-86.0	-84.6
17日	-87.1	-86.0	-84.6
18日	-87.1	-86.0	-84.6
19日	-87.1	-86.0	-84.6
20日	-87.1	-86.0	-84.6
21日	-87.1	-86.0	-84.6
22日	-87.1	-86.0	-84.6
23日	-87.1	-86.0	-84.6
24日	-87.1	-86.0	-84.6
25日	-87.1	-85.9	-84.6
26日	-87.0	-85.9	-84.6
27日	-87.0	-85.9	-84.6
28日	-87.0	-85.9	-84.6
29日	-87.0	-85.9	-84.6
30日	-87.0	-85.9	-84.6
全体	-87.2	-86.0	-84.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年10月1日
検査技師長

新上毅