姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2026/10

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-87.0	-85.9	-84.6
2日	-87.0	-85.9	-84.6
3日	-87.0	-85.9	-84.6
4日	-87.0	-85.9	-84.6
5日	-87.0	-85.9	-84.6
6日	-87.0	-85.9	-84.6
7日	-87.0	-85.9	-84.6
8日	-87.0	-85.8	-84.6
9日	-86.9	-85.8	-81.4
10日	-86.9	-85.8	-84.4
11日	-86.9	-85.7	-84.4
12日	-86.9	-85.7	-84.4
13日	-86.9	-85.7	-84.3
14日	-86.9	-85.7	-84.3
15日	-86.9	-85.7	-84.4
16日	-86.9	-85.7	-84.3
17日	-86.9	-85.7	-84.3
18日	-86.9	-85.7	-84.3
19日	-86.8	-85.7	-84.3
20日	-86.8	-85.7	-84.3
21日	-86.9	-85.7	-84.3
22日	-86.8	-85.7	-84.3
23日	-86.9	-85.7	-84.3
24日	-86.9	-85.7	-84.3
25日	-86.9	-85.7	-84.3
26日	-86.8	-85.7	-84.3
27日	-86.9	-85.7	-84.3
28日	-86.9	-85.7	-84.3
29日	-86.9	-85.7	-84.3
30日	-86.8	-85.7	-84.3
31日	-86.9	-85.7	-84.3
全体	-87.0	-85.8	-81.4

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年11月2日
検査技師長