

姫路医療センター 薬剤部

ID2102 [治験薬恒温槽]

2023/07

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	19.2	19.4	19.6
2日	19.2	19.3	19.5
3日	19.2	19.3	19.5
4日	19.2	19.3	19.5
5日	19.2	19.4	19.5
6日	19.2	19.4	19.5
7日	19.2	19.4	19.6
8日	19.2	19.4	19.6
9日	19.2	19.4	19.6
10日	19.2	19.4	19.6
11日	19.3	19.4	19.6
12日	19.3	19.4	19.6
13日	19.3	19.4	19.6
14日	19.3	19.4	<b>19.9</b>
15日	19.3	19.4	19.6
16日	19.3	19.4	19.6
17日	19.3	19.4	19.5
18日	19.3	19.4	19.6
19日	19.1	19.4	19.6
20日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
21日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
22日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
23日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
24日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
25日	<b>19.0</b>	19.3	19.6
26日	<b>19.0</b>	19.3	19.7
27日	19.1	19.3	19.7
28日	19.1	19.3	19.5
29日	19.1	19.3	19.5
30日	19.1	19.3	19.5
31日	19.1	19.3	19.6
全体	<b>19.0</b>	19.4	<b>19.9</b>

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年8月1日

治験薬管理者

平山 真秀