

## 姫路医療センター 薬剤部

ID2102 [治験薬恒温槽]

2023/09

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	19.2	19.3	19.5
2日	19.2	19.3	19.5
3日	19.2	19.3	19.5
4日	19.2	19.3	19.5
5日	19.2	19.3	19.5
6日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
7日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
8日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
9日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
10日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
11日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
12日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
13日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
14日	19.2	19.3	19.6
15日	19.2	19.3	19.5
16日	19.2	19.3	19.5
17日	19.2	19.3	19.5
18日	<b>19.1</b>	19.3	19.5
19日	19.2	19.3	19.5
20日	19.2	19.3	19.6
21日	19.2	19.3	19.5
22日	<b>19.1</b>	19.4	19.6
23日	19.2	19.4	19.6
24日	19.2	19.4	<b>19.7</b>
25日	19.2	19.4	<b>19.7</b>
26日	19.2	19.4	<b>19.7</b>
27日	19.3	19.5	19.6
28日	19.3	19.4	<b>19.7</b>
29日	19.2	19.5	<b>19.7</b>
30日	19.3	19.5	<b>19.7</b>
全体	<b>19.1</b>	19.3	<b>19.7</b>

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年10月2日

治験薬管理者

平山 真希