

姫路医療センター 薬剤部

ID2102 [治験薬恒温槽]

2023/11

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	18.9	19.0	19.2
2日	18.8	19.0	19.2
3日	18.8	19.0	19.1
4日	18.8	19.0	19.1
5日	18.8	19.0	19.1
6日	18.9	19.0	19.2
7日	18.9	19.0	19.2
8日	18.9	19.0	19.2
9日	18.9	19.0	19.2
10日	18.9	19.0	19.2
11日	18.9	19.0	19.2
12日	18.9	19.0	19.2
13日	18.9	19.0	19.1
14日	18.9	19.0	19.1
15日	18.9	19.0	19.1
16日	18.9	19.0	19.2
17日	18.9	19.0	19.2
18日	18.9	19.0	19.2
19日	18.9	19.0	19.2
20日	18.9	19.0	19.2
21日	18.8	19.0	19.2
22日	18.8	19.0	19.3
23日	19.0	19.1	19.3
24日	19.0	19.1	19.3
25日	19.0	19.1	19.3
26日	19.0	19.1	19.3
27日	19.0	19.1	19.3
28日	19.0	19.1	19.3
29日	19.0	19.1	19.3
30日	18.9	19.1	19.3
全体	18.8	19.0	19.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年12月1日

治験薬管理者

平山 真弓