

## 姫路医療センター 薬剤部

ID2102 [治験薬恒温槽]

2024/09

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	19.3	19.4	19.5
2日	19.3	19.4	<b>19.6</b>
3日	19.3	19.4	19.5
4日	19.3	19.4	19.5
5日	19.3	19.4	<b>19.6</b>
6日	19.3	19.4	19.5
7日	19.3	19.4	19.5
8日	19.3	19.4	19.5
9日	19.3	19.4	19.5
10日	19.3	19.4	<b>19.6</b>
11日	<b>19.2</b>	19.4	19.5
12日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
13日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
14日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
15日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
16日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
17日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
18日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
19日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
20日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
21日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
22日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
23日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
24日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
25日	<b>19.2</b>	19.3	19.5
26日	<b>19.2</b>	19.4	19.5
27日	<b>19.2</b>	19.4	19.5
28日	19.3	19.4	19.5
29日	<b>19.2</b>	19.4	19.5
30日	<b>19.2</b>	19.4	19.5
全体	<b>19.2</b>	19.4	<b>19.6</b>

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年10月1日

治験薬管理者

平山 真秀