

ID2102 [治験薬恒温槽]

2025/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	19.1	19.2	19.4
2日	19.1	19.2	19.4
3日	19.1	19.2	19.4
4日	19.1	19.2	19.4
5日	19.1	19.2	19.4
6日	19.1	19.2	19.4
7日	19.1	19.2	19.4
8日	19.1	19.2	19.4
9日	19.1	19.2	19.4
10日	19.1	19.3	19.4
11日	19.1	19.2	19.4
12日	19.1	19.2	19.4
13日	19.1	19.2	19.4
14日	19.1	19.2	19.4
15日	19.1	19.3	19.4
16日	19.1	19.3	19.5
17日	19.1	19.2	19.4
18日	19.1	19.2	19.4
19日	19.1	19.3	19.5
20日	19.1	19.3	19.5
21日	19.1	19.3	19.4
22日	19.1	19.3	19.4
23日	19.1	19.3	19.5
24日	19.2	19.4	19.6
25日	19.3	19.4	19.6
26日	19.3	19.4	19.6
27日	19.3	19.4	19.6
28日	19.3	19.4	19.6
29日	19.3	19.4	19.6
30日	19.3	19.4	19.6
31日	19.3	19.4	19.6
全体	19.1	19.3	19.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年8月1日
治験薬管理者

平山 真彦