

ID2108 [治験薬恒温槽②]

2025/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	18.5	19.4	20.1
2日	18.5	19.4	20.1
3日	18.5	19.5	20.1
4日	18.5	19.5	20.1
5日	18.5	19.5	20.1
6日	18.5	19.5	20.1
7日	18.5	19.5	20.1
8日	18.5	19.5	20.2
9日	18.5	19.5	20.1
10日	18.4	19.4	20.1
11日	18.5	19.4	20.1
12日	18.5	19.4	20.1
13日	18.4	19.5	20.1
14日	18.5	19.4	20.1
15日	18.4	19.4	20.1
16日	18.4	19.4	20.1
17日	18.4	19.4	20.1
18日	18.4	19.4	20.1
19日	18.5	19.4	20.1
20日	18.4	19.4	20.1
21日	18.4	19.3	20.1
22日	18.4	19.3	20.1
23日	18.5	19.4	20.1
24日	18.5	19.4	20.1
25日	18.5	19.4	20.1
26日	18.5	19.4	20.1
27日	18.5	19.4	20.1
28日	18.4	19.4	20.1
29日	18.5	19.4	20.1
30日	18.5	19.4	20.1
31日	18.5	19.4	20.1
全体	18.4	19.4	20.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年5月1日
治験薬管理者

平山 真希