

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/07

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	2.8	3.5	4.1
2日	2.5	3.4	4.0
3日	2.6	3.4	4.2
4日	2.7	3.5	4.4
5日	2.7	3.5	4.1
6日	3.1	3.5	3.9
7日	3.1	3.5	3.9
8日	2.7	3.4	4.4
9日	2.4	3.3	4.4
10日	2.8	3.4	4.6
11日	2.7	3.4	4.0
12日	2.7	3.4	4.2
13日	2.8	3.4	3.8
14日	2.9	3.4	4.0
15日	2.8	3.4	4.1
16日	2.5	3.3	4.3
17日	2.5	3.3	4.3
18日	2.4	3.4	5.6
19日	2.7	3.5	4.3
20日	3.2	3.6	4.0
21日	3.2	3.6	5.1
22日	2.8	3.6	4.5
23日	2.7	3.6	4.2
24日	2.9	3.6	4.3
25日	2.8	3.6	4.5
26日	2.8	3.6	4.2
27日	3.2	3.6	4.1
28日	3.2	3.7	4.0
29日	2.8	3.6	4.2
30日	2.9	3.6	4.3
31日	2.8	3.6	4.2
全体	2.4	3.5	5.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年8月1日

検査技師長

山中清史